

TRITC Phalloidin 罗丹明标记鬼笔环肽

TRITC-Phalloidin

产品简介

鬼笔环肽 (Phalloidin) 是一种来源于毒蕈类鬼笔鹅膏 (*Amanita phalloides*) 的环状七肽毒素, 以高亲和力 ($K_d = 20 \text{ nM}$) 选择性结合于丝状肌动蛋白 F-actin, 而不会与单体肌动蛋白 G-actin 结合, 通常用来标记组织切片, 细胞培养物中的 F-actin, 从而对 F-actin 进行定性和定量分析。另外, 鬼笔环肽衍生物也以相近的亲和力结合于大小纤维, 无论是动植物来源的肌肉细胞或非肌肉细胞, 按照每一个肌动蛋白亚基约与一个鬼笔环肽分子的计量比结合。且非特异性结合几乎可忽略, 染色区域和非染色区域辨识度非常明显。因此, 鬼笔环肽衍生物特别适合替代肌动蛋白 (Actin) 抗体进行相关研究。

本品为 TRITC (四甲基异硫氰酸罗丹明) 标记的鬼笔环肽, 染色反应特异性强, 对比性高, 具有比 actin 抗体更好的染色效果, 适合用作 F-actin 的定性和定量检测。另外, 经本品结合后的 F-actin 仍能维持 actin 自身具有的许多生物学特性。且本品的结合没有物种差异性, 适用性广泛。

鬼笔环肽具有毒性, 需小心操作 (对人的半数致死剂量 LD_{50} 约 2 mg/kg)。为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

型号	规格	外观	存储条件
EFL-FA-001	300T	液体	冰袋运输, -20°C 避光保存, 12 个月

产品性质

分子式 (Molecular Formula)	$\text{C}_{60}\text{H}_{70}\text{N}_{12}\text{O}_{13}\text{S}_2$
分子量 (Molecular Weight)	1231.4
最大激发/发射波长 (Ex/Em)	$540 \sim 546/565 \sim 575 \text{ nm}$
多肽序列 (Sequence)	TRITC-bicyclic(Ala-DThr-Cys-cis-4-hydroxy-Pro-Ala-2-mercapto-Trp-4-hydroxy-5-amino-L eu)(S-3 to 6)
溶解性 (Solubility)	溶于 DMSO、DMF、甲醇或者乙腈水溶液 (20%)

使用说明

一、自备材料

甲醇; $1 \times \text{PBS}$ 缓冲液, $\text{pH } 7.4$, 细胞培养级别; 固定液 4%多聚甲醛 (溶于 PBS 缓冲液); 透化液 0.5%



企业微信公众号
扫描右侧二维码
获取更多信息

Triton X-100 (溶于 PBS 缓冲液); DAPI; BSA; 载玻片和盖玻片; 抗荧光淬灭剂; 盖玻片周围密封液 (如透明指甲油)。

二、工作液配制

本品以溶于甲醇的 20 μ M 储存液形式提供, 总量为 300 μ L。按照 100 nM 的工作液浓度换算, 可制备总量为 60 mL 的工作液。建议收到产品后, 根据单次使用量, 对母液进行分装, -20 $^{\circ}$ C 避光封口冻存。

开始实验前, 使用 1 \times PBS 配制浓度为 1% (w/v) 的 BSA 溶液作为缓冲液 (可降低背景), 用缓冲液稀释储存液到需要的工作浓度, 常用工作液浓度范围为 80~200nM, 工作液现配现用 (常用方式: 1ml 缓冲液中添加 5 μ L 母液即可)。

三、染色步骤

适用类型: 贴壁细胞 (培养板或者小室爬片)、类器官及载细胞水凝胶支架

- 1) 吸掉培养液, 37 $^{\circ}$ C 预热的 1 \times PBS (pH 7.4) 清洗细胞 2 次。
- 2) 使用溶于 PBS 的 4% 甲醛溶液进行细胞固定, 贴壁细胞室温固定 10 min, 类器官及载细胞水凝胶支架室温固定 30 min。
【注】避免固定剂中含有甲醇成分, 因为甲醇在固定过程中可能破坏肌动蛋白。
- 3) 室温条件下, 用 1 \times PBS 清洗样本 2~3 次, 每次 5 min。
- 4) 室温条件下, 用 0.5% Triton X-100 溶液透化处理 5 min。
- 5) 室温条件下, 用 1 \times PBS 清洗样本 2~3 次, 每次 3 min。
- 6) 取配制好的工作液, 覆盖住样本, 室温避光孵育 30min (4 $^{\circ}$ C~37 $^{\circ}$ C 孵育均可)。
- 7) 用 1 \times PBS 清洗盖玻片 3 次, 每次 5min。
- 8) 使用适量 DAPI 溶液对细胞核进行复染, 贴壁细胞染色约 3 min, 类器官及载细胞水凝胶支架染色约 10~30 min。
- 9) 用 1 \times PBS 清洗样本, 每次 10 min。贴壁细胞洗涤 1 次即可, 类器官及载细胞水凝胶支架染色洗涤 3~6 次。
- 10) **贴壁细胞封片:** 滴加抗荧光淬灭剂, 盖上盖玻片, 然后用指甲油永久封片。此法制备的标本玻片可置于 4 $^{\circ}$ C 避光保存, 通常 1 个月内可继续做 F-actin 染色分析。
类器官及载细胞水凝胶支架封片: 样本较小时, 可滴加抗淬灭剂封片; 样本较大时, 可不封片, 直接置于盖玻片上, 滴加抗荧光淬灭剂即可拍照, 置于 4 $^{\circ}$ C 避光保存, 7 天内有效。
【注】染完当天即观察拍照时, 可用 1 \times PBS 替代抗荧光淬灭剂。
- 11) 荧光显微镜或者共聚焦显微镜下进行荧光观察, 选择 TRITC 激发/发射滤片 (Ex/Em=545/570nm) 和 DAPI 激发/发射滤片 (Ex/Em=364/454nm)。



企业微信公众号
扫描右侧二维码
获取更多信息